



Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Presencial Número OM-ISESALUD-LPI-001-2026 relativo a la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES OTROS PRODUCTOS MÉDICOS PARA LAS UNEMES DE MEXICALI Y ENSENADA DEL ISESALUD"**.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 14:00 horas del día 07 de abril de 2026, fecha y hora señaladas en el numeral 8.2 de las bases de Licitación OM-ISESALUD-LPI-001-2026, para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones en la licitación pública antes identificada; en las oficinas que ocupa la Sala Audiovisual del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en adelante por sus siglas oficiales ISESALUD, ubicada en Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico, Palacio Federal, Tercer Piso, C.P. 21000, en la ciudad de Mexicali, Baja California, se celebra el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional número OM-ISESALUD-LPI-001-2026, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XII, 21 fracción I, 24 fracción III y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante Ley de Adquisiciones) y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numeral 8.2 de las bases de Licitación, y en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas conforme se establece en la fracción XII del artículo 54 del Reglamento Interno del ISESALUD; y en ejercicio de las facultades que le confieren las fracciones XIV y XVI del Decreto que constituye el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en correlación con el artículo 20 fracción IV del Reglamento Interno del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, y artículo 13 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, El Mtro. Emmanuel Contreras Lugo, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, comunica que actualmente con el nuevo Reglamento Interno del ISESALUD, publicado en el P.O.E. el 27 de marzo de 2026, se denomina su cargo "Jefe de Recursos Materiales e Infraestructura", quien continúa actuando en calidad de Suplente del Presidente del Subcomité de Adquisiciones del ISESALUD y en representación del Director General de este Instituto preside el acto haciéndose constar que no hay licitantes presentes y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISESALUD, asistido por el personal del Instituto cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento.



En uso de la voz el C. M.A.P.P. EMMANUEL CONTRERAS LUGO, comunicó a los asistentes que con fecha 27 de marzo de 2026, se publicó la convocatoria número **OM-ISESALUD-LPI-001-2026**, en el Periódico oficial del Estado y el 07 de abril en el Diario Oficial de la Federación, así mismo en la página de la Secretaría de Salud, poniéndose a disposición de los interesados a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la ley de Adquisiciones, este procedimiento es financiado con recurso estatal en las partidas 25401 y 25301 autorizado para el ejercicio fiscal 2026.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, y 32 de su Reglamento se procede a dar lectura a la modificación realizada por la Convocante y de las respuestas a los cuestionarios presentados con anterioridad al acto, por parte de licitantes, en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN 1.- se modifican los importes mínimos y máximos de las partidas detalladas en cuadro, lo anterior a petición del LAP. CARLOS RUBEN TAPIA ARAIZA, que actualmente con el nuevo Reglamento Interno del ISESALUD, publicado en el P.O.E. el 27 de marzo de 2026, es la Coordinación Administrativa de la Unidad de Fortalecimiento a la Salud Pública-Mexicali antes UNEME de Cirugías Mexicali:

PARTIDA	Clave2	Descripción	Presentación	EQUIPO EN COMODATO REQUERIDO	CANTIDAD MINIMA MODIFICADA	CANTIDAD MAXIMA MODIFICADA
9	010.000.3675.01	AGUA INYECTABLE. SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: AGUA INYECTABLE 500 ML ENVASE CON 500 ML.	ENVASE CON 500 ML		540	1350
11	010.000.3615.01	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE DE 500 ML	ENVASE CON 500 ML		580	1450
19	010.000.3610.01	CLORURO DE SODIO SOLUCION INY. AL 0.9% CADA 100ML CONT. CLORURO DE SODIO 0.9 G Y AGUA INY. DE 100 ML	ENVASE CON 1000 ML		400	1000
47	010.000.3627.01	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 100 ML.	ENVASE CON 100 ML		80	200
56	010.000.1207.01	BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE DE 20 MG.	ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 1 ML.		88	220

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PARTIDA	Clave2	Descripción	Presentación	EQUIPO EN COMODA TO REQUERIDO	CANTIDAD MINIMA MODIFICADA	CANTIDAD MAXIMA MODIFICADA
112	060.532.0019.01	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL EN "Y" PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLASTICO CON ENTRADA ESPECIAL COMPLETO DE LA CLAVE 0608330015	EQUIPO		120	300
115	060.550.0446.01	JERINGA DE PLASTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTERILES Y DESECH. DE 10 ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2	ENVASE CON 100 PIEZAS		48	120
116	060.550.0453.01	JERINGA DE PLASTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTERILES Y DESECHABLES CAPACIDAD ESCAL GRADUADA EN ML 20 ML DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	CAJA CON 50 PIEZAS		48	120
121	060.168.6660.01	CATETER PAR VENOCCLIS DE POLITETRAFLUORETILENO O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA, 28-34 MM CAL. 20 G	CAJA CON 50 PIEZAS		60	150
125	060.532.0167.01	EQUIPO PARA VENOCCLIS SIN AGUJA, ESTERILES, DESECH. NORMOGOTERO	EQUIPO		1360	3400
126	060.130.0023.01	CUBREZAPATOS CON ELASTICO A LA ALTURA DEL TALON, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DE MAS DE TRES CAPAS, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y PLANTILLA REFORZADA. DESECHABLE.	PAR		3000	7500
129	160.941.9641.01	OBTURADORES PARA CATETER DE VENOCCLIS HEPARINIZADO. PIEZA.	PIEZA		1400	3500
164	060.203.0363.01	CINTA PARA USOS QUIRURGICO, MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHISIVOS EN UNA DE SUS CARAS, LONG. 10 M ANCHO 5 CM.	CAJA CON 6 ROLLOS		24	60
226	160.254.0558.01	PUNTILLAS NASALES CON TUBO DE POLIVINILO CONECTOR A TOMA DE OXIGENO O HUMIDIFICADOR, TAMAÑO ADULTO.	PIEZA		800	2000

Handwritten signature and initials in blue ink.



PARTIDA	Clave2	Descripción	Presentación	EQUIPO EN COMODA TO REQUERIDO	CANTIDAD MINIMA MODIFICA DA	CANTIDAD MAXIMA MODIFICADA
270	060.132.0054.01	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION DE PLASTICO ADULTO	ENVASE CON 100 PIEZAS		8	20
338	060.681.0067.01	PAÑALES PREDOBLADOS, DESECHABLES, PARA ADULTOS	PIEZA		1000	2500
379	160.254.0984.01	TUBO DE SUCCION DESECHABLE DE 3.0 METROS LARGO X 6 MM DE DIAMETRO CON CONECTOR MACHO, NO CONDUCTOR. CON CONECTORES HEMRAS TUBING (2 PZS) CONECTOR MACHO RECTO (1 PZA)	PIEZA		720	1800
392	160.254.0993.01	ROLLO TIPO (TYVEK) DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 70 MTS CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA.	ROLLO		2	6
400	060.543.0115.01	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA	TUBO CON 135 G.		180	450

ATENCIÓN A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL S.A DE C.V.

PREG. NUM.	TECNICA/ ADMINISTRATIVA	PARTIDA	PUNTO DE LICITACION	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	TECNICA	97	ANEXO TECNICO	DICE: INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO LECTURA RAPIDA 20 MINUTOS, CAJA CON 50 PIEZAS (EEE). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR INDICADOR CON LECTURA DE 30 MINUTOS ?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
2.	TECNICA	404	ANEXO TECNICO	DICE: BOLSAS TYVEK PARA ESTERILIZACION EN PEROXIDO DE HIDROGENO 10 X 26 CAJA CON 1000. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR 2 (DOS) CAJAS CON PRESENTACION DE 500 PZA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL
3.	TECNICA	408	ANEXO TECNICO	DICE: INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. PAQUETE CON 500. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR 2 (DOS) CAJAS CON PRESENTACION DE 250 PZAS?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREG. NUM.	TECNICA/ ADMINISTRATIVA	PARTIDA	PUNTO DE LICITACION	PREGUNTA	RESPUESTA
4.	TECNICA	409	ANEXO TECNICO	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGA, PRA ESTERILIZAR CON GAS A VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REATIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRASPARETE, TERMOSOLDABLE DE : 9 CM X 23CM. CAJA CON 200. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR MEDIDAS DE 9CM X 26 CM.?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL
5.	TECNICA	420	ANEXO TECNICO	DICE: DETERGENTE POLIENZIMATICO A BASE DE PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA. ENZIMAS PROPIETARIAS, ALCOHOL ISOPROPILICO, DETERGENTES NO IONICOS, COLORANTES, PERFUME Y AGUA PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO. ACTUA COMO BACTERIOSTATICO, NO ABRASIVO, SIN DEJAR RESIDUOS POSTERIOR A ENJUAGUE, CON PH NEUTRO.PRESENTACION DE 4 LITROS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR PRESENTACION DE 5 LITROS?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL SIN QUE EL NUMERO SOLICITADO DE PIEZAS SEA MODIFICADO
6.	TECNICA	211	ANEXO TECNICO	DICE: TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO, TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, DIAMETRO INTERNO 3MM, CALIBRE: 12 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR, CALIBRE 14 FR.?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL
7.	TECNICA	212	ANEXO TECNICO	DICE: TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO, TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, DIAMETRO INTERNO 3.5MM, CALIBRE: 14 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR, CALIBRE 15 FR.?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL
8.	TECNICA	221	ANEXO TECNICO	DICE: TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO, TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, DIAMETRO INTERNO 4.0 MM, CALIBRE: 16 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR, CALIBRE 17 FR.?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
9.	TECNICA	365	ANEXO TECNICO	DICE: CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA, ESTERIL, DESECH. CALIBRE 18 O 19 DE MAT. PLASTICO, FLEXIBLE RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS CON MARCA INDELEBLE CM. A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5. CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMO HASTA 20 CM CON PUN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR,TECHNIPLEX Catéter perineural diam. Int 0.45 mm diam ext. 0.85 mm long. 50 cm, para plexo continuo y bloqueos nerviosos periféricos a través de una aguja Locoplex 18 g 100 mm con bisel de 30°?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES
10.	TECNICA	389	ANEXO TECNICO	DICE: AGUJA ECOGENICA 22G LONGITUD:7 CM RECTA PARA ANESTESIA Y ESTIMULACION NERVIOSA. PIEZA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ENTREGAR, DE 50 CM DE LARGO.?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



ATENCIÓN A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Preg. Num.	T/A	REFERENCIAR NUMERO DE PARTIDA	REFERENCIAR PUNTO DE LA LICITACION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ADMINISTRATIVA		BASES DE LA LICITACION INCISO A	CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, PARA CADA UNA DE LAS CLAVES OFERTADAS DE LA PARTIDA POR LA QUE DESEE PARTICIPAR, DEBIDAMENTE FIRMADA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN ESTA OCASIÓN SE NOS PERMITIRA ENTREGAR DOCUMENTO DIGITALIZADO A COLOR DE LOS ANEXOS ANTES MENCIONADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA EN EL ENTENDIDO QUE DICHO DOCUMENTO PODRA SER VERIFICADO CON EL EMISOR CORRESPONDIENTE
2	119	160.254.0348.01	ANEXO TECNICO UNEME DE LA LICITACION PUBLICA 2026	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN CANTIDADES PROPORCIONALES "APÓSITO PEDIATRICO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON SUAJADO, CON DISEÑO PARA LA APLICACIÓN FACIL CON UNA MANO, CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 5 CM X 6 CM. ENVASE/100/PIEZA" EL BIEN QUE OFERTAMOS TIENE LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA , ES SEGURA Y EFICAZ PARA LA PROTECCIÓN, CORRECTA FIJACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y MONITOREO DE CATÉTERES Y TUBOS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA
3	202	060.088.0504.01	ANEXO TECNICO UNEME DE LA LICITACION PUBLICA 2026	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EN CANTIDADES PROPORCIONALES "APOSITO NO ADHERENTE DE TEJIDO DE GASA ABIERTO IMPREGNADO CON EMULSION PARAFINADA. MEDIDA DE 10 X 10 CM. CAJA CON 100 PIEZAS" EL BIEN QUE OFERTAMOS TIENE LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA, ES SEGURA Y EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMO ABRASIONES Y ESCALDADURAS MENORES, SITIOS DONADORES Y DE INJERTOS, HERIDAS CON PÉRDIDA DE PIEL, ASÍ COMO PARA HERIDAS CRÓNICAS DE ÚLCERAS DE PIE Y ÚLCERAS POR PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA
4	306	160.254.1003.01	ANEXO TECNICO UNEME DE LA LICITACION PUBLICA 2026	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA PARTIDA Y CLAVE DE CUADRO BASICO EN CUESTION REFIERE A:"APOSITO ADULTO ESTERIL TRANSPARENTE CON SUAJE, CINTAS DE FIJACION Y ETIQUETA, CAJA CON 100 PIEZAS"	SI SE ACEPTA
5	306	160.254.1003.01	ANEXO TECNICO UNEME DE LA LICITACION PUBLICA 2026	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN CANTIDADES PROPORCIONALES "APÓSITO TAMAÑO ADULTO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON SUAJADO, CON DISEÑO PARA LA APLICACIÓN FACIL CON UNA MANO, CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 7 CM X 9 CM. ENVASE/100/PIEZA" EL BIEN QUE OFERTAMOS TIENE LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA , CON ALTA PERMEABILIDAD DE VAPOR DE AGUA QUE PERIMTE UNA ADHERENCIA SEGURA Y EFICAZ PARA LA PROTECCIÓN, CORRECTA FIJACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y MONITOREO DE CATÉTERES Y TUBOS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ATENCIÓN A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE DISTRIBUIDORA DE FÁRMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.

Preg. Num.	T/A	REFERENCIAR NUMERO DE PARTIDA	REFERENCIAR PUNTO DE LA LICITACION	Pregunta	
1	A	BASES	NUMERAL 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE	Solicitamos de la manera mas amable nos indique sí es correcto entender que el nombre del presente procedimiento de contratación es: Licitación Pública Internacional Presencial Número OM-ISESALUD-LPI-001-2026 PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES OTROS PRODUCTOS MÉDICOS PARA LAS UNEMES DE MEXICALI Y ENSENADA DEL ISESALUD"	ES CORRECTO
2	T	BASES	NUMERAL 4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar productos en su presentación sector salud, comercial o genérica de manera indistinta siempre y cuando se respete las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridos por la convocante mismos que se encuentran detallados en el anexo técnico.	SE ACEPTA
3	T	BASES	NUMERAL 6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, INCISO B) FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. FOTOGRAFÍAS	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita incluir de manera indistinta artes o fotografías a color de las partidas ofertadas para cumplir con lo solicitado en el numeral anterior, en virtud de que las artes muestran a detalle lo ofertado, así como las fotografías.	SE ACEPTA LA PROPUESTA
4	T	BASES	NUMERAL 6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, INCISO B) FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. CARTA DE APOYO	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar las cartas de apoyo, impresas a color esto en respuesta a que el periodo vacacional de laboratorios complica la logística de envío y recolección del documento original para su presentación en la apertura del presente evento.	SE ACEPTA SU PROPUESTA EN EL ENTENDIDO QUE DICHO DOCUMENTO PODRA SER VERIFICADO CON EL EMISOR CORRESPONDIENTE
5	T	PARTIDA 87:	ANEXO TÉCNICO, DEXAMETASONA 4MG/2ML ALIN DEPOT, CAJA CON 1 AMPOLLETA, SOLUCION INYECTABL, ES UN CORTICOIDE, PARA TRATAMIENTO DE CICATRICES HIPERTROFICAS DESPUES DE LA QUEILOPLASTIA, CADA AMPOLLETA DE 1 ML CONTIENE 4 MG DE DEXAMETASONA FOSFATO, VIA DE ADMINISTRACION INBTRAVENOSA INTRAMUSCULAR	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar para esta partida presentación correspondiente al producto ALIN DEPOT que es la siguiente: " ALIN DEPOT - Dexametasona, Suspensión Inyectable. Cada frasco ampula contiene: 21-Isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de Dexametasona. Caja con 1 Frasco ampula con 2 ml"	SE ACEPTA PROPUESTA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Preg. Num.	T/A	REFERENCIAR NUMERO DE PARTIDA	REFERENCIAR PUNTO DE LA LICITACION	Pregunta
			(PALADAR HENDIDO). CAJA CON 1 AMPOLLETA.	



De conformidad con los artículos 32 fracción I de la Ley de Adquisiciones y 35 fracción I de su reglamento, se realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa el día 13 de abril de 2026 a las 10:30 horas, en la Sala Audiovisual del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en adelante por sus siglas oficiales ISESALUD, ubicada en Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico, Palacio Federal, Tercer Piso, C.P. 21000, en la ciudad de Mexicali, Baja California, por lo que se cita a los integrantes del Subcomité para dicho acto, que sirva la presente como notificación para los licitantes participantes en esta licitación.

Se hace saber a los presentes que este acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 14:25 horas de la fecha de su inicio, firmando para constancia, los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

<p>M.A.P.P. EMMANUEL CONTRERAS LUGO</p>  <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISESALUD</p>	<p>C.P. ILIANA LUISA ALCARAZ MILÁN</p>  <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISESALUD SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISESALUD</p>
---	--



<p>LIC. VELIA CASAREZ ZARAGOZA <i>Velia Casarez Zaragoza</i> REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL ISESALUD SUPLENTE DEL VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISESALUD</p>	<p>LIC. LETICIA RAMIREZ MORANCHEL <i>[Signature]</i> REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y SUPLENTE DEL VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISESALUD</p>
<p>ING. RICARDO CAMPA DÁVILA <i>Ricardo Campa Dávila</i> REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ASESOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISESALUD</p>	<p>LIC. CYNTHIA DENISSE REINA ARROYO <i>[Signature]</i> REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISESALUD</p>
<p>LICITANTES:</p>	
<p>NO SE PRESENTARON LICITANTES</p>	

[Handwritten mark]